



Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen


State Enterprise of Metrology and Verification (Germany)

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer <i>Number</i>	29-23-00037
Gegenstand <i>Object</i>	Nichtselbsttätige Waage, Max 50 t, Genauigkeitsklasse III
Identifikation <i>Identification</i>	102373
Hersteller <i>Manufacturer</i>	HE Wägetechnik
Antragsteller <i>Applicant</i>	SWING Recycling GmbH Wernsdorfer Str. 21 09526 Olbernhau
Prüfverfahren <i>Test procedure</i>	Die Prüfung erfolgte entsprechend Abschnitt 6 der Verwaltungsvorschrift "Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW)"
Ergebnis <i>Result</i>	Die Anforderungen des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) wurden erfüllt.
Anzahl der Seiten <i>Number of pages</i>	1
Ort und Datum der Eichung <i>Place and date of verification</i>	Olbernhau, 22.03.2023
Eichfrist endet am <i>Verification period until</i>	31.12.2026
Eichkennzeichen <i>Verification marking</i>	

Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

Chemnitz, 06.09.2023

Unterschrift

Signature

Mirko Pekarek
stellvertretender Amtsleiter